


甘肃省污染物在线自动监控设施异常情况申报表

申报单位名称：甘肃刘化（集团）有限责任公司

自动监控现场端名称	污水厂出口 COD 在线仪	污染物类别	COD
发生异常情况日期	2021 年 11 月 20 日 16:00-20:00, 24:00; 2021 年 11 月 21 日 2:00-18:00		
异常情况现象及原因	<p style="text-align: center;">污水厂出口 COD 在线仪 2021 年 11 月 20 日 16:00-20:00, 24:00 时, 11 月 21 日 2:00-18:00 时, COD 仪监测数据异常。原因: COD 仪取样九转阀漏气, 致使滴定用银试剂抽不上, 发生倒吸, 导致 COD 检测结果出现不准, 回零情况。因修理备件不到位, 持续时间较长, 21 日 2:00-18:00 时, 分析人员进行手动 COD 检测, 结果均在指标之内。备件到位后经仪表人员及时处理 COD 仪恢复正常。</p> <p style="text-align: center;">特此报告。</p>		

填表人: 高贤英

审核人: 

申报日期: 2021 年 11 月 22 日

负责监管环境监察机构复核意见:

复核人:

审核人:

审批日期: 年 月 日

市\州环境监察机构意见:

负责人:

日期: 年 月 日



扫描全能王 创建